



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

**TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025 ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0039.007089.00022/2024-15**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT**, pessoa jurídica de Direito Público, sediada no Paço Municipal, na Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.347.127/0001-70, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. WALDECI BARGA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG n.º 1.820.585-8 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 326.117.659-87, residente e domiciliado nesta cidade de Guiratinga-MT, considerando o Parecer Jurídico favorável torna público que ADERE como “**carona**” à Ata de Registro de Preços Nº 008/2025 da **FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE**, oriunda do Processo Administrativo n.º 0039.007089.00022/2024-15 Órgão Gerenciador do Registro de Preços, cujo o objeto Aquisição de equipamentos de ultrassonografia, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.

em que foram registrados preços para a seguinte empresa, conforme especificações abaixo:

**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 05.743.288/0001-08 .  
**ENDEREÇO:** Rua 104, n.º 74, Setor Sul, Goiânia - GO, CEP 74.083-300.

**PARA OS SEGUINTE ITENS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
2	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Com as características mínimas: Equipamento transportável montado sobre rodízios para movimentação, com freio em pelo menos 02 deles; Painel de controle articulável com monitor LCD de no mínimo 21 polegadas, mínimo de 500.000 (quinhentos mil) de canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intra-operatório, pediátrico, neonatal. Tela de	UND	1,0000	R\$125.900,00	R\$ 125.900,00






ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

<p>toque "touch screen" de no mínimo 10 polegadas, para acesso 2º funções secundárias e facilidade operacional. Zoom congelado e em pelo menos até 10X, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional modo M; M+ Doppler Color; modo M Anatômico. Ferramenta de medição de tensão longitudinal global e segmentar, semiautomático, com a simples pressão de um único botão, com exibição do alvo de 18 segmentos para o ventrículo esquerdo (VE). Suporta imagens enviadas por transdutores do setor cardíaco, com ou sem ECG Ferramenta de medição do strain longitudinal global semiautomático, com a simples pressão de um único botão, para o átrio esquerdo (AE). Fornece medidas GLS do AE em diferentes fases do ciclo cardíaco, por exemplo, GLS do AR no reservatório, fases de condução e contração em imagens apicais das 4 câmaras, com ou sem ECG. Ferramenta de medição do strain longitudinal global e da parede livre, semiautomático, com a simples</p>				
--	--	--	--	--





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

Fls nº

Rubrica

<p>pressão de um único botão, para o ventrículo direito (VD). Suporta imagens enviadas por transdutores do setor cardíaco, com ou sem ECG. Conexão ativa para pelo menos 4 (quatro) transdutores, sem o uso de adaptadores; Transdutores multifrequências com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 600 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 260 dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como velocidade, ventríloquo, peak e times no peak, valores globais por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 20 ou Color. Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise</p>				
--	--	--	--	--





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

<p>automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software integrado para eco de estresse bidimensional. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Alimentação: Alimentação: 220 V, 60Hz ou Bivolt Automático; Cabo de alimentação elétrica conforme padrão brasileiro - NBR 14136; Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor cardíaco setorial que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor linear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 MHz; Transdutor convexo que atenda as</p>				
--	--	--	--	--





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

Fls nº

Rubrica

<p>frequências de 2.0 a 5.0 MHz Transdutor endocavitário que atenda as frequências de 2.0 a 9.0 MHz O sistema deve permitir a comunicação DICOM com outros equipamentos e deve possuir pelo menos: DICOM Wortlist; DICOM Store; DICOM Print; DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS); DICOM Query/Retrieve; DICOM Structure Report (SR); Acessórios: ECG de 3 vias; Nobreak compatível com o equipamento; Exigências: Manuais de operação em português (Brasil); Apresentar documentação abaixo conforme as Normas RDC 32/2007, IN nº 04 de 24/07/2015 e IN nº22 de 22/10/2017 do Ministério da Saúde: Certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética)</p>				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL: R\$ 125.900,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos reais)**

Guiratinga, 07 de novembro de 2025.

**WALDECI BARGA ROSA**  
Prefeito Municipal

